

内圧測定ゲージ・ガス抜きパイプ付きセル



このセルは、簡易セルに圧力ゲージとガス抜きパイプを取り付けたものです。過充電や過放電時に発生するガスの量を圧力から推算し、その成分を分析するために、抜き取りパイプをつけています。

有限会社 タクミ技研

〒599-0231 大阪府阪南市貝掛1414番地

TEL:072-476-1485 FAX:072-476-1486

e-mail:info@takumi-g.co.jp